



DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego zapytania cenowego na sprzęt AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie ww. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść zapytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie (dot. poz. nr 8)

Czy Zamawiający dopuści laboratoryjną witrynę chłodniczą bez określenia klasy energetycznej, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Klasa energetyczna określona jest jedynie dla urządzeń domowych. Zaproponowana witryna chłodnicza posiada zużycie energii 1,315 kWh/24h. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, by witryna chłodnicza nie posiadała określenia klasy chłodniczej, pod warunkiem że wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych oraz norm zharmonizowanych. Urządzenie to jest dedykowane do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych.

Pytanie (dot. poz. nr 17)

Proszę o dopuszczenie zamrażarek szufladowych z pozycji 17, cechujących się pojemnością użytkową netto, wynoszącą 345 litrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamrażarek szufladowych z pozycji 17, cechujących się pojemnością użytkową netto, wynoszącą 345 litrów.

Ponadto Zamawiający niniejszym pismem informuje, że przedłuża termin składania ofert i przesuwają go z dnia 06.03.2018 r. (wtorek), **na dzień 12.03.2018 r. (poniedziałek).**

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH
44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrala Tel.: +48 32 278 86 66
Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18
Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl
Url: www.io.gliwice.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028